

## ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

**1. Označení a název** 585502, 2. vydání, Změna 1  
**ČOS**

MĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO ROZLIŠITELNÉHO TEPLOTNÍHO ROZDÍLU (MRTD)  
U INFRAČERVENÝCH KAMER

### 2. Změna č. 2

#### Část č. 1

<b>Původní verze</b>	strana 6, kapitola 6	Použitelné spektrální rozsahy jsou (3–5) $\mu\text{m}$ , (8–14) $\mu\text{m}$ nebo části těchto rozsahů.
<b>Nová verze</b>	strana 7, čl. 5.2 Infračervené záření	Použitelné spektrální rozsahy jsou (3,5 – 5) $\mu\text{m}$ , (8 – 12) $\mu\text{m}$ nebo části těchto rozsahů.